



**INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK**

ul. Postępu 36A, Jastrzębiec, 05-552 Magdalenka
Tel.: +48 22 756-17-11, Fax: +48 22 756-14-17

Jastrzębiec, dn. 02.10.2017r.

DAZ-2401/10/17

WSZYSCY WYKONAWCY

W związku z otrzymaniem zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zintegrowanego systemu chromatografii cieczowej typu LC MS/MS dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (DAZ-2401/10/17), Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. DZ. U. z 2017r. poz. 1579 z poz. zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy Zamawiający przez pompę binarną rozumie pompę dwutłokową?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przez pompę binarną rozumie również pompę dwutłokową.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści zamiast pojedynczej pompy z możliwością formowania gradientu po stronie wysokiego ciśnienia równoważny układ dwóch pomp umożliwiający tworzenie gradientu po stronie wysokiego ciśnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem,
DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk

